Detección de DROGAS en orina

Chemtrue®

Reg. Sanitario
Cassette 0533R2017SSA
Multipanel 0534R2017SSA
Frasco 0535R2017SSA

DESCRIPCIÓN

Prueba rápida para la detección cualitativa simultánea de metabolismos de drogas.

PRESENTACIÓN

- Cassette individual
- Multipanel (2,3, 5 y 6)
- Frasco integrado (3 y 5)

ALMACENAMIENTO

- · Las pruebas deberán almacenarse a una temperatura entre los 2 - 30°C ·
- El producto es sensible a la humedad y debe utilizarse inmediatamente después de ser abierto.

DROGAS

AMP-COC-MET-OPI-THC
BAR-BZO-MOR-BUP-MDMA
MTD-OXY-PCP-TCA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

- **No reactivo**: Si aparecen las líneas de control (C) y de prueba (T), indica que la concentración del metabolito en la muestra de orina, está por debajo de los niveles de corte. Por lo tanto, se considera un resultado No reactivo.
- **Reactivo**: En el resultado de Reactivo: eliminar lo subrayado hasta el primer punto.
- **Inválido**: no aparece ninguna linea en la región de control (C). Bajo ninguna circunstancia debe una muestra reactiva identificarse hasta que la línea d control (C) no se forma, el resultado no es concluyente y se debe repetir la prueba.