Equipo
DUS R-720

GARKEN MEDICAL

DUS

Reg. Sanitario
Equipo 1079E2019SSA

DESCRIPCIÓN

Analizador semiautomático para examen químico de orina. Puede realizar un máximo ed 720 pruebas por hora y almacenar hasta 20,000 resultados.

MANTENIMIENTO

- Retire diariamente la placa de carga y limpie la ranura con un hisopo para eliminar los restos de orina
- Limpiar la parte exterior del DUS R-720 con una toalla humedecida con detergente neutro o agua y secar
- No force el plato de carga de la tira

ALMACENAMIENTO

- Temperatura óptima para las tiras reactivas 2-30C
- Evite la proximidad a las ventanas, hornos, quemadores y la luz solar directa.
- No almacenar ni exponer a humedad excesiva.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Encienda el analizador del DUS R-720
2. Sumerja la tira en orina fresca por 2 segundos, retire y limpie el excedente.
3. Coloque la tira en la zona de inicio de la plataforma y automáticamente el led de color verde cambia a color rojo cuando el sensor detecte la tira en el. sistema, activando la barra de empuje.
4. La prueba se llevará a cabo automáticamente e imprimirá el resultado mostrando en la pantalla LCD.
5. La calibración deberá realizarse cada 4 semanas con la tira de calibración óen el paquete.

ESPECIFICACIONES

Principio de medición: Fotometría de reflectancia
Longitiud de onda: 460,550,650nm
Dimensiones: 260 x 320x 178 mm
Peso: 2400gr
Fuente de energía: 100-240 V /DC 12 V, 3.33A
Batería: 8 AAA 1.5V* 8 ea
Rendimiento: 720/hra (máximo 800 pruebas)
Memoria: Hasta 20,000 muestras
Pantalla: LCD a color
Unidades de de medición: mg/dL o mmol/L
Condiciones de operación:
Temperatura 2-30°C
Humedad 10-70%
Comunicación serial: 2 Puertos RS232C COM1 y COM2
Opciones: Impresora térmica integrada. Lector de código de barras.
Tiras reactivas: DUS10M

VENTAJAS

- Inicio automático de lectura de tiras
- Fácil ingreso de datos
- LCD de gran tamaño
- Fácil de limpiar
- Compatible con sistema LIS